

Verifikations-Zertifikat

Angaben zum Temperaturschreiber:	
Auftraggeber: Fa. Max Muster Transporte AG, Entenhausen	
Fahrzeugkennung SF 12'345	
Gerätetyp Euroscan TX2-6	Seriennummer 12406939
Anzahl der angeschlossenen Temperaturkanäle 3 Temperaturfühler (T1, T2, T6 mobiler Fühler)	
Dieser Recorder entspricht den Vorgaben der EN 12830. Messbereich, Schutzart und Messtoleranz der Fühler entsprechen der EN 13485. Die Kalibrierung erfolgte gemäss der EN 13486.	

Angaben zum Referenzthermometer:			
Hersteller: TESTO			
Gerätetyp: 635-2 USB 0560 1221	Seriennummer: 02587391 und 02581238		
Nummer Kalibrierzertifikat: 116278_1-2-3	Kalibrierdatum: 14.06.2018	Nächste Kalibrierung: 14.06.2019	
Das für die Kalibrierung verwendete Messgerät von Testo wird regelmässig kalibriert und ist auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale rückführbar.			

Verifikationstemperaturen: -20°C, 5°C, 20°C

Kanal + Bezeichnung	S/N Fühler:	Euroscan Temp.:	Referenz-Temp. Testo:	Differenz:	Bestanden:
T1, Ausblasluft	1267834-12	-20.3	-20.0	0.3	Ja
T2, Ansaugluft	9027619-6	-19.7	-19.9	0.2	Ja
T6, mob. Fühler	7837519	-20.1	-19.9	0.2	Ja
T1, Ausblasluft	1285386-12	5.4	5.2	0.3	Ja
T2, Ansaugluft	9068203-6	4.9	5.2	0.3	Ja
T6, mob. Fühler	78032653	5.0	5.1	0.1	Ja
T1, Ausblasluft	1243053-12	20.4	20.3	0.1	Ja
T2, Ansaugluft	9062013-6	19.9	20.1	0.2	Ja
T6, mob. Fühler	78301552	19.9	20.0	0.1	Ja

Hiermit bestätige ich, dass diese Überprüfung gemäss der Euroscan Verifikationsprozedur durchgeführt worden ist.

Firma: Institut SwissQuali AG

Name: Toni Famos

Datum: 13. Juli 2018

Unterschrift:

